



Região anatômica	Seios da Face
Indicação	Rotina
Aparelho	A partir de 16 canais
KV / mAs	120 / 300
Colimação (mm)	Mínima possível (geralmente 1 mm)
Espessura de Reconstrução (mm)	Mínima possível
Filtro	Filtro Ósseo – Variado por fabricante Filtro de Partes Moles – Variado por fabricante
Contraste Oral	--
Contraste Venoso	--
Velocidade de injeção	--
Fases	Sem contraste. A fase contrastada pode auxiliar na pesquisa de tumores na região, podendo neste caso ser feita apenas a fase contrastada. A dose recomendada e a velocidade de injeção seriam semelhantes às do crânio. É importante que o exame inclua toda a extensão da região, da base do seio maxilar até o ápice do seio frontal.